



DETERMINAZIONE N. del

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con L. n. 108/2021, per la fornitura, in acquisto, di "n. 18 letti elettrici da degenza semintensiva" per il P.O. di Cittadella dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea mediante piattaforma telematica SinTel, utilizzando l'Elenco dei fornitori selezionati da Invitalia Spa.

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con L. n. 108/2021, per la fornitura, in acquisto, di "n. 18 letti elettrici da degenza semintensiva" per il P.O. di Cittadella dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea mediante piattaforma telematica SinTel, utilizzando l'Elenco dei fornitori selezionati da Invitalia SpA.

Il Direttore della U.O.C PROVVEDITORATO

Premesso che:

- con propria determinazione a contrarre n. 2.318 del 03/11/2021 è stata avviata una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con L. n. 108/2021, per la fornitura, in acquisto, di "n. 18 letti elettrici da degenza semintensiva" da destinare al Presidio Ospedaliero di Cittadella dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" per un importo a base di gara definito in Euro 200.000,00, IVA esclusa, da espletarsi tramite piattaforma telematica Sintel utilizzando l'Elenco dei fornitori selezionati da Invitalia Spa per gli acquisti di attrezzature elettromedicali, strumentali all'allestimento dei posti letto per terapie intensive e semi-intensive, reso disponibile dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'assegnazione della fornitura è stata prevista, in lotto unico, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Atteso che all'interno dell'Elenco dei fornitori selezionati da Invitalia Spa, per la specifica categoria oggetto dell'appalto ("Letti elettrici per terapia intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica" Codice—TI-ASL-02) risultano presenti le seguenti Imprese:

Novamed Srl;

Linet Italia Srl con unico socio;

Malvestio Spa;

Hill Rom Spa;
Favero Health Projects Spa;
Stryker Italia Srl S.U.;
Althea Spa;
Arjo Italia Spa;

Preso atto che:

- con procedura avviata su piattaforma telematica Sintel ID n. 147139630 del 03.11.2021 tutte le Imprese sopraindicate sono state invitate a presentare offerta e che, entro la scadenza prevista del termine per la presentazione delle offerte (17.11.2021) sono pervenute le offerte delle ditte Malvestio Spa e Hill Rom Spa;
- con propria determinazione n. 2.464 del 18.11.2021, a seguito dell'apertura e della valutazione, con esito positivo, della documentazione amministrativa presentata, entrambe le ditte partecipanti sono state ammesse alla procedura negoziata in oggetto;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 954 del 26.11.2021, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico qualitativa delle offerte pervenute;
- in data 03.12.2021 la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad inoltrare al RUP il verbale Allegato Doc. n. 1 al presente atto per farne parte integrante contenente le valutazioni tecnico qualitative ed i relativi punteggi assegnati sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara, dal quale risultano attribuiti punti 51,36 su 70,00 alla proposta dell'Impresa Hill-Rom SpA e punti 63,00 su 70,00 alla proposta della ditta Malvestio SpA;

Preso atto che entrambe le Imprese possono essere ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica, avendo superato il punteggio tecnico qualitativo minimo previsto dai documenti di richiesta di offerta, pari a punti 42,00/70,00;

Viste le seguenti offerte economiche complessive inserite in piattaforma telematica Sintel:

Malvestio Spa € 145.800,00+IVA;

Hill Rom Spa € 138.672,00+IVA;

entrambe rientranti all'interno della base d'asta stabilita dai documenti di richiesta di offerta;

Dato atto che la graduatoria finale, tenendo conto dei punteggi qualità e prezzo, risulta la seguente:

Pos	Impresa	Punti qualità	Punti prezzo	Punti totali
1	Malvestio Spa	63,00	28,91	91,91

2	Hill-Rom Spa	51,36	30,00	81,36
---	--------------	-------	-------	-------

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura di n. 18 letti elettrici da degenza semintensiva modello 3960B della serie "ARIA" per il P.O. di Cittadella dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, all'Impresa Malvestio Spa, per l'importo complessivo di € 145.800,00, IVA esclusa;

Precisato che il costo complessivo di € 177.876,00, IVA 22% compresa, rientra, tra le immobilizzazioni, nel Bilancio Sanitario dell'esercizio 2021, al conto regionale n. A.II.4) e al conto aziendale n. 20024001 avente per oggetto "Attrezzature sanitarie e scientifiche";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del citato D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, l'esecuzione del contratto avverrà in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto, comunque, dei tempi previsti nei documenti di richiesta di offerta per la consegna, l'installazione ed il collaudo della strumentazione, nonché dei tempi per la formazione del personale all'utilizzo degli stessi e che lo stesso si intende sottoposto a condizione risolutiva in caso di esito negativo dei controlli di cui al sopra citato art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Preso atto, che è necessario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016, richiamata la Linea Guida ANAC n. 3 (art. 10.1, lett. e), approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla sua compatibilità con le norme nazionali e regionali vigenti in materia;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 31/01/2018 di adozione dell'Atto Aziendale e la deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 31/01/2018 ad oggetto "Riorganizzazione dei servizi professionali e tecnici-amministrativi ai sensi del nuovo Atto Aziendale dell'Azienda ULSS 6 Euganea";

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 832 del 28/09/2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato dell'Azienda ULSS 6 Euganea;

Vista la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 14.10.2020 di adozione del nuovo Atto Aziendale in attuazione delle disposizioni del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale di gara della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico qualitativa delle offerte ammesse nell'ambito della procedura negoziata, avviata con la citata determinazione n. 2318/2021, per l'affidamento della fornitura in acquisto di "n. 18 letti per terapia semi-intensiva" da destinare al Presidio Ospedaliero di Cittadella dell'Azienda Ulss 6 Euganea, che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato Doc. n. 1);
2. di approvare, pertanto, per le motivazioni in premessa riportate, le risultanze della procedura telematica esperita tramite la piattaforma telematica Sintel (ID n. 147139630), effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con L. n. 108/2021, e, conseguentemente, di aggiudicare la fornitura in oggetto all'Impresa Malvestio Spa di Villanova (PD) per l'importo complessivo di € 145.800,00, IVA esclusa;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del citato D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, l'esecuzione del contratto avverrà in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare che la stipula del contratto avverrà, nella forma di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs n.50/2016;
5. di precisare che la fornitura avverrà secondo le ulteriori condizioni richiamate nei documenti di gara allegati alla citata negoziazione telematica Sintel ID n. 147139630 del 03.11.2021;
6. di precisare che la somma complessiva di € 177.876,00 (IVA 22% inclusa), rientra, tra le immobilizzazioni, nel Bilancio Sanitario dell'esercizio 2021 secondo l'analisi riportata nella premessa del presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa trova copertura nell'ambito delle risorse previste dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito nella L. 77/2020) e sarà rendicontata secondo le modalità previste dal documento Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese allegato alla nota prot. n. 1832 del 17.11.2020 del Commissario Straordinario;
8. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016, richiamata la Linea Guida Anac n. 3 (art. 10.1, lett. e), approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, l'Ing Cassandra Pulice, collaboratore tecnico ingegnere in servizio presso l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali – Ingegneria Clinica dell'Azienda ULSS 6 Euganea, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs n. 50/2016.

Il Responsabile
Lucia Berzioli



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

Verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico qualitativa delle offerte relative alla procedura negoziata, senza bando, avviata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con L. n. 108/2021, con determinazione n. 2318 del 03.11.2021, per l'affidamento della fornitura di "n. 18 letti elettrici da degenza semintensiva" per il P.O. di Cittadella dell'Azienda Ulss 6 Euganea

Alle ore 08,30 del giorno 3 dicembre 2021, presso la UOC Neurologia del P.O. di Cittadella si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 954 del 26.11.2021, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata, indetta con determinazione n. 2318 del 03.11.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, modificato con D.L. n. 77/2021 e convertito con L. n. 108/2021, per l'affidamento della fornitura di "n. 18 letti elettrici da degenza semintensiva" per il P.O. di Cittadella dell'Azienda Ulss 6 Euganea.

La Commissione Giudicatrice è così costituita:

Presidente:

Dott. Giampietro Ruzza – Dirigente Medico in servizio presso l'UOC di Neurologia del P.O. di Cittadella;

Componenti:

Ing. Cassandra Pulice – Ingegnere Clinico, cat. D, in servizio presso la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali – Ingegneria Clinica;

Dott.ssa Rosanna Zen – Coordinatore professionale sanitario – Infermiere, cat. D, in servizio presso la UOC di Neurologia del P.O. di Cittadella;

Verbalizzante: Dr.ssa Isabella Varini – Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, in servizio presso l'UOC Provveditorato.

Il Presidente della Commissione, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti e verificato la validità della seduta, ne assume la Presidenza.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che le caratteristiche di fornitura previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono le seguenti:

Fornitura di n. 18 Letti elettrici da degenza semintensiva con i seguenti requisiti minimi:

- Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi radiotrasparente completi di materasso antidecubito
- Struttura su 4 ruote di diametro min. 150 mm con sistema di frenatura centralizzato
- Pannelli rimovibili per facile pulizia

Varini
Ruzza
G. Pulice

1 *[Signature]*

- Allarme acustico letto non frenato.
- Dotato di schermo LCD in grado di rilevare le principali funzioni del letto e il peso.
- Testa letto e pediera facilmente sfilabile con sistemi di blocco
- Estensione letto
- Asta porta flebo a 4 ganci e diametro adatto anche per pompe infusionali
- Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi
- Porta drenaggi laterali
- Schienale elettrico elevabile sino a min. 62°
- Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante
- Elevazione elettrica della sezione ginocchia e movimentazione zona gambe
- Altezza variabile elettrica da min. 49 cm
- Batteria autocaricante
- 4 Semisponde a caduta verticale ammortizzata con comandi elettrici integrati
- Pedale elettrico per l'altezza variabile bilaterale
- Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche da 0° a +/- 12°
- Comando RCP ottenibile con leva di emergenza su entrambi i lati del letto ed elettrico
- Posizione di poltrona cardiologica attivabile con un solo pulsante
- Indicatori di gradi di elevazione dello schienale e del trendelenburg/antitrendelenburg incorporati
- Portata massima minimo kg. 200 con carico di lavoro sicuro minimo Kg 250
- Bilancia elettronica integrata di classe III
- Allarmi fuoriuscita paziente e almeno un allarme inclinazione schienale

ACCESSORI DA COMPRENDERE NELLA CONFIGURAZIONE

- Una cover di scorta

E' previsto ritiro per smaltimento di analogo numero di letti.

Garanzia con manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per 24 mesi dal collaudo.

Il Presidente della Commissione, prima di procedere alla valutazione, ricorda ai convenuti che l'assegnazione della fornitura sarà effettuata, in lotto unico, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

OFFERTA TECNICA: 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI

Nell'ambito della qualità, la Commissione Giudicatrice nell'esprimere la propria valutazione si baserà sulla documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

Caratteristiche di valutazione letti elettrici per terapia intensiva		Punteggi discrezionali	Punteggi tabellari
1.	ERGONOMIA E PRATICITÀ		
	Ergonomia generale e praticità nella manovra	8	
	Indicatore corretto posizionamento paziente		2
	Carico lavoro sicuro > Kg. 250		3
	Porta drenaggio laterali incorporati alla struttura		1

2

G. M.
Alberi
A. Ricci

2.	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	Sistema per effettuare le lastre radiografiche toraciche con paziente a letto		2
	Presenza di un sistema di antiscivolamento del paziente		3
	Indicatore gradi di inclinazione schienale e Trendelenburg su schermo LCD		2
	Angolo di Trendelenburg $\geq 15^\circ$		2
	Angolo di Anti-Trend $\geq 15^\circ$		2
	Presenza di 5 ruota direzionale		2
	Schienale elettrico elevabile $>63^\circ$		2
	Schermo LCD su sponda lato bacino		2
	Schermo LCD touch screen	<ul style="list-style-type: none"> • Un display • Due display 	0 3
	Altezza minima (hmin) da terra	<ul style="list-style-type: none"> • $48 \leq hmin < 49$ cm • $44 \leq hmin < 47$ cm • $hmin < 43$ cm 	0 1 2
	Basculamento laterale	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 15° • $> 15^\circ$ 	1 6
	Luce di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> • Bilaterale uscita in zona paziente 	2
	Luce di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore led per altezza minima da terra 	2
	Allungabilità (L) integrata a scomparsa senza utilizzo di chiavi		1
	Lunghezza allungabilità letto:	<ul style="list-style-type: none"> • $20 \text{ cm} \leq L < 22 \text{ cm}$ • $23 \text{ cm} \leq L \leq 26 \text{ cm}$ • $L > 27 \text{ cm}$ 	1 2 4
	Presenza di 2 o più allarmi inclinazione schienale		2
	Portata minima bilancia	<ul style="list-style-type: none"> • $12 < \text{kg} \leq 22$ • $\leq 11 \text{kg}$ 	1 3
	Indice di Protezione IP:	<ul style="list-style-type: none"> • Se inferiore a IPX3 • Se IPX4 • Se IPX5 • Se $IP \geq X6$ 	0 1 2 4
	Allarmi fuoriuscita paziente e movimentazione paziente	<ul style="list-style-type: none"> 1 Allarme 2 Allarmi 3 Allarmi 	0 3 5
	Predisposizione per connessione a trasferimento dati verso una cartella elettronica		2
3	ASSISTENZA		
	Intervento di manutenzione entro le 8 ore lavorative dalla chiamata (SI/NO)		2
	Corsi di formazione minimo 4 ore con follow up (SI/NO)		1
	Totale punteggi max	8	62

Punteggio discrezionale:

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è attribuito un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente, sulla base del metodo di attribuzione discrezionale, variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il coefficiente è pari a zero, in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno, in corrispondenza della prestazione massima offerta.

3
ER

Ad ogni coefficiente, corrisponde la seguente valutazione:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
1,00	ECCELLENTE
0,90	OTTIMO
0,80	BUONO
0,70	DISCRETO
0,60	SUFFICIENTE
0,40	INSUFFICIENTE
0,20	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,00	NON PRESENTE / NON VALUTABILE / NON PERTINENTE

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione a ciascun criterio, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, con due cifre decimali.

Successivamente, qualora nessuna offerta ottenga il coefficiente 1, la Commissione attribuisce tale valore all'offerta con il coefficiente più alto riparametrando conseguentemente tutti gli altri coefficienti, secondo una proporzione diretta:

1 x coefficiente assegnato
coefficiente più alto

Punteggio Tabellare:

Quanto ai restanti elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento tecnico richiesto o, per i criteri multi punteggio, in corrispondenza della caratteristica tecnica dichiarata dal concorrente.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = (C_{ai} \times P_a) + (C_{bi} \times P_b) + \dots + (C_{ni} \times P_n) + PT_1 + PT_2 + \dots + PT_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

$PT_1, PT_2 \dots PT_n$ = punteggi tabellari 1, 2 N .

Nei calcoli relativi all'offerta tecnica verranno considerate 2 cifre decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque.

Sono escluse dalla procedura negoziata le offerte che, sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, risultino non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale o che non raggiungano per l'offerta tecnica la soglia minima di 42 punti complessivi.

G. P.
M. P.
A. P.

Ciò premesso il Presidente ricorda che:

- alla procedura, conformemente a quanto stabilito dalla suindicata determinazione a contrarre 2318/2021, sono state invitate tramite piattaforma telematica Sintel (procedura ID 147139630 del 03/11/2021) tutte le imprese presenti nell'Elenco dei Fornitori istituito con decreto del 02/11/2020 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 per la specifica categoria oggetto dell'appalto ("Letti elettrici per terapia intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica" - codice TI-ASL-02), e precisamente:

Althea Spa di Roma;
Arjo Italia Spa di Roma;
Favero Health Projects Spa di Montebelluna (TV);
Hill Rom Spa di Rodano (MI);
Linet Italia Srl Unipersonale di Poncarale (BS);
Malvestio Spa di Villanova (Pd);
Novamed Srl di Rometta (ME);
Stryker Italia Srl di Roma.

- entro i termini stabiliti risultano pervenute le offerte delle ditte Hill-Rom S.p.A e Malvestio S.p.A;
- le sopraindicate ditte sono state ammesse al proseguo della procedura negoziata, avendo presentato la documentazione amministrativa in modo completo e regolare, giusta determinazione del Direttore dell'UOC Provveditorato n. 2464 del 18/11/2021;

La Commissione, quindi, inizia i lavori esaminando la documentazione del concorrente Hill-Rom SpA, che ha proposto il letto da terapia intensiva "Accella Therapy".

La Commissione verifica in prima istanza, sulla base della documentazione presentata, che i letti offerti presentano tutte le caratteristiche richieste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sulla scorta della stessa documentazione tecnica, la Commissione esprime le sottoelencate valutazioni e attribuisce i relativi coefficienti e conseguenti punteggi:

Ditta Hill-Rom SPA

Punteggio discrezionale:

1) ERGONOMIA E PRATICITÀ

Ergonomia generale e praticità nella manovra (max 8 punti discrezionali)

La ditta offre un letto denominato Accella Therapy che presenta caratteristiche idonee alle manovre dell'operatore, ad esempio, testiera e pediera asportabili senza l'uso di utensili, per consentire manovre veloci intubatorie e/o rianimatorie, un meccanismo di ampliamento della seduta che, traslando l'intero schienale, evita lo schiacciamento dell'addome o dei drenaggi, nonché un sistema di contemporanea elevazione schienale/ginocchia per evitare lo scivolamento del paziente, e la possibilità di posizionarlo in modalità "poltrona cardiologica" con un solo tasto. La ditta consente di gestire adeguatamente il trasporto del letto in spazi molto ristretti.

G. M.

M. M.
P. M.

5 

La Commissione, per quanto sopra evidenziato, attribuisce i sottoelencati coefficienti e relativi punteggi:

Commissione	coefficiente
Dott. Ruzza	0,9
Dott.ssa Zen	0,8
Ing. Pulice	0,8
Media coefficienti	0,83

Punteggi tabellari:

Caratteristiche di valutazione letti elettrici per terapia intensiva		Punteggio tabellari attribuibile	Valore dichiarato	Punteggio tabellare assegnato
1.	ERGONOMIA E PRATICITÀ			
	Indicatore corretto posizionamento paziente	2	SI	2
	Carico lavoro sicuro > Kg. 250	3	250 Kg	0
	Porta drenaggio laterali incorporati alla struttura	1	SI	1
2.	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	Sistema per effettuare le lastre radiografiche toraciche con paziente a letto	2	SI	2
	Presenza di un sistema di antiscivolamento del paziente	3	SI	3
	Indicatore gradi di inclinazione schienale e Trendelenburg su schermo LCD	2	SI	2
	Angolo di Trendelenburg $\geq 15^\circ$	2	17°	2
	Angolo di Anti-Trend $\geq 15^\circ$	2	17°	2
	Presenza di 5 ruota direzionale	2	SI	2
	Schienale elettrico elevabile $> 63^\circ$	2	65°	2
	Schermo LCD su sponda lato bacino	2	SI	2
	Schermo LCD touch screen	<ul style="list-style-type: none"> • Un display 0 • Due display 3 	Un display	0
	Altezza minima (hmin) da terra	<ul style="list-style-type: none"> • $48 \leq hmin < 49$ cm 0 • $44 \leq hmin < 47$ cm 1 • $hmin \leq 43$ cm 2 	37,7 cm	2
	Basculamento laterale	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 15° 1 • $> 15^\circ$ 6 	No	0
	Luce di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> • Bilaterale uscita in zona paziente 2 	SI	2
	Luce di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore led per altezza minima da terra 2 	SI	2
	Allungabilità (L) integrata a scomparsa senza utilizzo di chiavi	1	SI	1
	Lunghezza allungabilità letto:	<ul style="list-style-type: none"> • $20 \text{ cm} \leq L < 22 \text{ cm}$ 1 • $23 \text{ cm} \leq L \leq 26 \text{ cm}$ 2 • $L > 27 \text{ cm}$ 4 	20 cm	1
	Presenza di 2 o più allarmi inclinazione schienale	2	2 allarmi	2
	Portata minima bilancia	<ul style="list-style-type: none"> • $12 < \text{kg} \leq 22$ 1 	10Kg	3

G-1
P. Pulice

		• <= 11kg	3		
	Indice di Protezione IP:	• Se inferiore a IPX3	0	IPX4	1
		• Se IPX4	1		
		• Se IPX5	2		
		• Se IP>=X6	4		
	Allarmi fuoriuscita paziente e movimentazione paziente	1 Allarme	0	3 Allarmi	5
		2 Allarmi	3		
		3 Allarmi	5		
	Predisposizione per connessione a trasferimento dati verso una cartella elettronica		2	SI	2
3	ASSISTENZA				
	Intervento di manutenzione entro le 8 ore lavorative dalla chiamata (SI/NO)		2	SI	2
	Corsi di formazione minimo 4 ore con follow up (SI/NO)		1	SI	1
	Totale punteggi max		62		44

La Commissione, quindi, prosegue i lavori esaminando la documentazione del concorrente Malvestio SpA, che ha proposto il letto da terapia intensiva serie "ARIA" modello 3960B.

La Commissione verifica in prima istanza, sulla base della documentazione presentata, che i letti offerti presentano tutte le caratteristiche richieste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sulla scorta della stessa documentazione tecnica, la Commissione esprime le sottoelencate valutazioni e attribuisce i relativi coefficienti e conseguenti punteggi:

Ditta MALVESTIO SPA

Punteggio discrezionale:

2) ERGONOMIA E PRATICITÀ

Ergonomia generale e praticità nella manovra (max 8 punti discrezionali)

La ditta offre un letto modello 3960B della serie ARIA, che presenta caratteristiche idonee alle manovre dell'operatore, ad esempio, testiera e pediera asportabili senza l'uso di utensili, per consentire manovre veloci intubatorie e/o rianimatorie, un meccanismo di ampliamento della seduta che mediante la traslazione combinata schienale/bacino annulla le spinte orizzontali, evitando lo scivolamento del paziente verso il fondo del letto e consentendo il mantenimento di una posizione ergonomica.

I letti della serie ARIA presentano caratteristiche atte a favorire ed agevolare le manovre dell'operatore, permettendo il posizionamento del paziente con il minimo sforzo, senza piegare la schiena e coinvolgendo anche solo un operatore. Inoltre, è molto apprezzata la possibilità di programmare la terapia rotazionale del paziente.


I comandi sono intuitivi, agevolando così le manovre dell'operatore. Il letto è dotato di un sistema di contemporanea elevazione schienale/ginocchia per evitare lo scivolamento del paziente, e di un tasto dedicato per il raggiungimento automatico della "poltrona cardiologica". Il letto presenta la possibilità di movimentazione a distanza di sicurezza mediante "supervisor control panel".

La ditta consente di gestire adeguatamente il trasporto del letto in spazi molto ristretti.

La Commissione, per quanto sopra evidenziato, attribuisce i sottoelencati coefficienti e relativi punteggi:

Commissione	MALVESTIO
Dott. Ruzza	0,9

G. H.
Malvestio
SpA



Dott.ssa Zen	0,9
Ing. Pulice	0,9
Media coefficienti	0,9

Punteggi tabellari:

Caratteristiche di valutazione letti elettrici per terapia intensiva		Punteggio tabellari attribuibile	Valore dichiarato	Punteggio tabellare assegnato
1	ERGONOMIA E PRATICITÀ			
	Indicatore corretto posizionamento paziente	2	SI	2
	Carico lavoro sicuro > Kg. 250	3	300Kg	3
	Porta drenaggio laterali incorporati alla struttura	1	SI	1
2	CARATTERISTICHE TECNICHE			
	Sistema per effettuare le lastre radiografiche toraciche con paziente a letto	2	SI	2
	Presenza di un sistema di antiscivolamento del paziente	3	SI	3
	Indicatore gradi di inclinazione schienale e Trendelenburg su schermo LCD	2	SI	2
	Angolo di Trendelenburg $\geq 15^\circ$	2	13°	0
	Angolo di Anti-Trend $\geq 15^\circ$	2	13°	0
	Presenza di 5 ruota direzionale	2	SI	2
	Schienale elettrico elevabile $>63^\circ$	2	74°	2
	Schermo LCD su sponda lato bacino	2	SI	2
	Schermo LCD touch screen	<ul style="list-style-type: none"> • Un display 0 • Due display 3 	Due display	3
	Altezza minima (hmin) da terra	<ul style="list-style-type: none"> • 48 \leq hmin < 49 cm 0 • 44 \leq hmin < 47 cm 1 • hmin < 43 cm 2 	46 cm	1
	Basculamento laterale	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 15° 1 • > 15° 6 	18°	6
	Luce di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> • Bilaterale uscita in zona paziente 2 	SI	2
	Luce di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore led per altezza minima da terra 2 	SI	2
	Allungabilità (L) integrata a scomparsa senza utilizzo di chiavi	1	SI	1
	Lunghezza allungabilità letto:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm \leq L < 22 cm 1 • 23 cm \leq L \leq 26 cm 2 • L > 27 cm 4 	30 cm	4
	Presenza di 2 o più allarmi inclinazione schienale	2	SI	2
	Portata minima bilancia	<ul style="list-style-type: none"> • 12 < kg \leq 22 1 • \leq 11kg 3 	10Kg	3
	Indice di Protezione IP:	<ul style="list-style-type: none"> • Se inferiore a IPX3 0 • Se IPX4 1 • Se IPX5 2 • Se IP \geq X6 4 	IPX6	4
	Allarmi fuoriuscita paziente e movimentazione paziente	<ul style="list-style-type: none"> 1 Allarme 0 2 Allarmi 3 3 Allarmi 5 	3 Allarmi	5

G.P.
D. Pulice

	Predisposizione per connessione a trasferimento dati verso una cartella elettronica	2	NO	0
3	ASSISTENZA			
	Intervento di manutenzione entro le 8 ore lavorative dalla chiamata (SI/NO)	2	SI	2
	Corsi di formazione minimo 4 ore con follow up (SI/NO)	1	SI	1
	Totale punteggi max	62		55

Il Presidente, rileva che nessuna offerta ha ottenuto un coefficiente "1" nel punteggio discrezionale (**8 punti**), la Commissione procede quindi riparametrando i coefficienti secondo la proporzione in premessa indicata, ovvero: **1 x coefficiente assegnato**
coefficiente più alto

	HILL-ROM	MALVESTIO
Media coefficienti	0,83	0,9
Coefficienti definitivi	0,92	1
Punteggio criterio discrezionale	7,36	8

Il Presidente, alla luce di quanto sopra, dà atto che i punteggi complessivi delle offerte tecniche presentata dalla ditta Hill Rom Spa e dalla ditta Malvestio sono i seguenti:

Ditta	Punteggio Discrezionale	Punteggio tabellare	Totale punteggio Qualità
HILL ROM SpA	7,36	44,00	51,36
MALVESTIO SpA	8,00	55,00	63,00

Il Presidente, alle ore 10.45, dichiara chiusi i lavori di valutazione tecnico-qualitativa della proposta pervenuta e dispone la trasmissione del verbale al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti.

Presidente: 

Componenti: 


Verbalizzante: 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-line di questa ULSS 6 per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

**Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)**

Copia composta di n. 0015 fogli (incluso il presente) della determina n. _____ del _____ firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)**
